

关于使用热稀释导管包和压力监测套装的说明

致敬启者：

现贵院使用的迈瑞公司生产的监护仪的TICCO模块，仅能与德国PULSION生产，迈柯唯(上海)医疗设备有限公司代理的耗材热稀释导管包及压力监测套装共同使用，用于测量手术和危重病人的心输出量和血流动力学参数，即为专机专用。该产品配合PULSION监护仪使用，利用经肺热稀释技术和脉搏波型轮廓分析技术。热稀释导管(PiCCO导管)可测量动脉血压和血温，也可获取动脉血液样本；压力监测套装可测量血压和血温。详细目录详见附件列表。

如若使用非配套的耗材，将无法测量心输出量和血流动力学参数。

特此说明！

四川丰铎医疗设备有限公司

2024年3月

国械注进20153074009

热稀释导管包及压力监测套鼓型号及组成


热稀释导管包及压力监测套装组合大包装	组成		注册证号
	热稀释导管(PiCCO导管)包	压力监测套装	
PVPK2013L07-A	PV2013L07-A	PV8215	国械注进 20153074009
PVPK2014L08-A	PV2014L08-A	PV8215	国械注进 20153074009
PVPK2014L16-A	PV2014L16-A	PV8215	国械注进 20153074009
PVPK2014L22-A	PV2014L22-A	PV8215	国械注进 20153074009
PVPK2015L20-A	PV2015L20-A	PV8215	国械注进 20153074009
PVPK2013L07-ACVP	PV2013L07-A	PV8215CVP	国械注进 20153074009
PVPK2014L08-ACVP	PV2014L08-A	PV8215CVP	国械注进 20153074009
PVPK2014L16-ACVP	PV2014L16-A	PV8215CVP	国械注进 20153074009
PVPK2014L22-ACVP	PV2014L22-A	PV8215CVP	国械注进 20153074009
PVPK2015L20-ACVP	PV2015L20-A	PV8215CVP	国械注进 20153074009

热稀释导管包型号及组成

型号	组件			
PV2013L07-A	热稀释导管 (PiCCO导管)	导丝	2个穿刺针	/
PV2014L08-A	热稀释导管 (PiCCO导管)	导丝	1个穿刺针	扩张器
PV2014L16-A	热稀释导管 (PiCCO导管)	导丝	2个穿刺针	扩张器
PV2015L20-A	热稀释导管 (PiCCO导管)	导丝	2个穿刺针	扩张器
PV2014L22-A	热稀释导管 (PiCCO导管)	导丝	2个穿刺针	扩张器

压力监测套装型号及组成

型号	描述
PV8203	压力传感器带30cm红色压力连接管和1个注射液温度感受器(PV4046)
PV8215	压力传感器带150cm红色压力连接管和1个注射液温度感受器(PV4046)
PV8215CVF	压力传感器带一根150cm红色压力连接管, 一根120cm蓝色压力连接管和1个注射液温度感受器(PV4046)
PV8615	压力传感器带150cm透明压力连接管



关于使用热稀释导管包和压力监测套装的说明

致敬启者：

现贵院使用的迈瑞公司生产的监护仪的TICCO模块，仅能与德国PULSION生产，迈柯唯(上海)医疗设备有限公司代理的耗材热稀释导管包及压力监测套装共同使用，用于测量手术和危重病人的心输出量和血流动力学参数，即为专机专用。该产品配合PULSION监护仪使用，利用经肺热稀释技术和脉搏波型轮廓分析技术。热稀释导管(PiCCO导管)可测量动脉血压和血温，也可获取动脉血液样本；压力监测套装可测量血压和血温。详细目录详见附件列表。

如若使用非配套的耗材，将无法测量心输出量和血流动力学参数。

特此说明！

四川丰铎医疗设备有限公司

2024年3月

Cemma Medical Co., Ltd.

前 茂 企 业

Certificate of Authorized Dealer

授 权 经 销 商 证 件

兹委任 四川丰铎医疗设备有限公司 为 四川前茂医疗器械发展有限公司 代理之德国 PULSION
热稀释导管包及压力监测套装 产品在 通江县人民医院 之授权经销商。

有效期：二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日，或由我公司另行书面通知终止。
此授权书在公司取得合法经营权后生效。



四川前茂医疗器械发展有限公司

授权书

四川丰铎医疗设备有限公司：

本授权书声明：四川前茂医疗器械发展有限公司、雷宇（法定代表人、身份证号 510214198008090078）授权本公司人员樊作家（身份证号 513023198605028430）为本公司的合法销售代表，代表本公司全权处理贵公司销售本公司经营产品的相关事务，且其以本公司名义签署的相关文件都是合法的，详细授权内容见下：

授权产品范围：德国 PULSION 热稀释导管包及压力监测套装

授权销售区域范围：通江县人民医院

授权有效期：2024年1月1日起至2024年12月31日止。

特此声明！

授权公司名称（盖章）：

授权公司法定代表人（签字或盖章）：

授权日期：2024年1月1日

备注：附法定代表人、被授权人身份证复印件并加盖公司公章（正、反面）。

